

管理番号

NC0236

動作確認チェックシート

検査日	2025年 4月 23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	高真空バルブ	フランジ種類	NW-KFフランジ		
型式	1FLV-40C3	動作形式	自動型・単動		
メーカー名	入江工研		ノーマルクローズ		
機械Ser.No			シリンダー(エア方式)		
製造年月					

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1, 外観:キズ、問題なし

2, 動作確認:バルブの開閉 問題なし

3, その他:メーカーのカタログでは動作回数による寿命は10万回とありますが、今までの使用した動作回数は不明です。

型式では付属品近接スイッチ付ですが、近接スイッチは付属していません。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [1H]

近接スイッチは付属していません。

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

