

動作確認チェックシート

検査日	2024年2月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	恒温恒湿槽	電源電圧	AC100V19A	重量	128Kg
型式	SH-641	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	エスバック	温度範囲	-40~150℃		
機械Ser.No	92001495	槽寸法	400x400x400		
製造年月	2003	外寸	540x730x890		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 室温20℃、庫内温度24.7℃、設定-40℃起動、39分で-40℃到達。
- 42℃から設定温度150℃で約49分で150℃以上確認。
- 設定温度30℃湿度45%到達後、温度±0.3℃、湿度±3%以内で10分間推移。
- 過昇、過冷却、防止装置問題無し。
- 3 温湿度制御範囲で無いと制御不可(取説に表有)。
- 5 積算時間表示無し。

湿度制御OFF

湿度制御OFF

温度30℃湿度45%設定



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

