

管理番号

NC0471

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年4月9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	UV 検出器	電源	単相100V	外寸法(W×D×H)	W260 D420 H140
型式	SPD-20A	電源周波数	50/60Hz		
メーカー名	島津製作所	波長範囲	190nm~700nm		
機械Ser.No	L20135227867AE				
製造年月	—				



チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	-
3 操作パネル設定	操作パネルの動作は正常か	-
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	-
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	-

## 備考(動作確認内容・不具合内容等)

・電源投入確認のみ実施。操作は、行っていない。

D2ランプ時間 1309.8Hr

表示の一部を添付しています。



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録				作業者

Shirasagi入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[0.5H]

検査担当者[中野]

中野

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日