


動作確認チェックシート

検査日	2025年5月26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	排気速度	500L/min
型式	KTS030	周波数	50・60 Hz	積算時間	44655Hr
メーカー名	Unozawa	吸気フランジ	NW25	重量	35Kg
機械Ser.No	K110845 1/2	排気フランジ	NW25		
製造年月日	—	到達圧力	3Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



到達圧力: 3.7Pa



電流値: 3.32A

* 暖気運転1時間後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無) * 異音・振動も無く正常に起動停止する事を確認しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【】出荷日 年 月 日

