

動作確認チェックシート

検査日	2024年9月24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スピンドライヤ(リンサー)	電源電圧	3相 200V	タイマー	各0~999.9秒
型式	SPD-180RN	周波数	50/60 Hz	N2接続径	1/4インチ
メーカー名		ロータ	3インチ用	純水接続径	3/8インチ
機械Ser.No	0805193	回転数	リンス 0~1500rpm	排気接続径	外径φ89mm
製造年月	年 月		ドライ① 0~3000rpm	外寸(mm)	W550D780H1120
			ドライ② 0~3000rpm	重量	約110Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○ ※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・自動運転確認

リンス: 純水吐出 確認
 リンス、ドライ①、②: 回転 確認
 タイマー: 設定時間変更 確認
 設定値: リンス1500rpm/ドライ①3000rpm/ドライ②3000rpm



・通電確認

主電源ON ローターが回転し定位置で停止 確認
 表示点灯 確認

※1.主電源/停止ランプ玉切れ



リンス 1513rpm



ドライ① 3024rpm



ドライ② 3014rpm



ドライ/リンス ランプ点灯 確認

自動運転終了後、ブザー鳴動 確認

・ドアロック

施錠/解錠 確認

・ローター



3インチカセット挿入

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[7h]

検査担当者[菊竹]

ユーザー名[]

(備考欄コメント)

※動画有り

出荷日 年 月 日

[責任者]

