

管理番号

NC0883

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年9月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	排ガス処理装置	電源・電圧	単相 AC100V		
型式	MAK-100E	周波数	50・60 Hz		
メーカー名	巴商会	処理筒	MAK-025E		
機械Ser.No	ST12-1265	外寸	W800 D750 H1900		
製造年月	2012	重量	330 kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

## 備考(動作確認内容・不具合内容等)


機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



外観異常なし



前回使用ガス



触媒無し



通電確認実施(流量低下によるアラーム有り)

取扱説明書(無) 触媒無しのため、流入は行わず通電確認のみ行いました。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.0H]

※触媒無しのため、流入は行わず通電確認のみ

検査担当者[金子]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日