

動作確認チェックシート

(機械の仕様・規格を記入する。)

検査日	2024年6月26日				
商品名	スクロールポンプ	電源・電圧	3相 200V	電流値	2.8/2.7A
型式	DVS-631	周波数	50・60 Hz	排気速度	525・630L/min
メーカー名	ULVAC	吸気フランジ	NW40	モーター出力	0.6KW
機械Ser,No	41498	排気フランジ	NW25	重量	44Kg
製造年月	—	規格値(到達圧力)	1.0Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



※1 到達圧力: 33Pa

電流値: 2.48A

・暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。到達圧力は規格値を満たしておりません。

取扱説明書(無) * 規格値内にてご使用の際はオーバーホールが必要です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 到達圧力(NG) 作業時間 [2.0H] ※到達圧力は規格値を満たしておりません。

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日

