

管理番号

NC0936

動作確認チェックシート

検査日	2024年2月16日				
商品名	コールドライト	電源電圧	AC100V	ランプ消費電力	100W
型式	MHF-D100LR SC	周波数	50/60Hz	適合ランプ	LM-100
メーカー名	モリテックス	照度	約30000Lx	外寸(mm)	W110D240H115
機械Ser.No	S248-20896	色温度	約3100K	重量	2.5Kg
製造年月	年 月	内蔵シャッター付(ノーマルクローズ)			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。(指定の分銅を使用する)

①外観 …異常無し



③動作確認

調光スイッチにて照度変化確認



目盛 : 5 (中間)



目盛 : 10 (MAX)

②通電確認

電源スイッチON/OFF 確認



ファン回転確認 異音無し



シャッター開閉確認

外部入力コネクタにパワーサプライを接続して確認

ピンNo.14とNo.15に接続(シャッター用電源入力)

パワーサプライ入
(シャッター開)パワーサプライ切
(シャッター閉)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[菊竹]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日



ASK INDEX