

管理番号

NC0947


動作確認チェックシート

検査日	2024年4月11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空デシケーター	許容真空度	1Torr(約133Pa)	容量	48L
型式	VW型	棚板	1枚	重量	35kg
メーカー名	アズワン	内寸(mm)	W400D300H400	外寸(mm)	W550D452H590
機械Ser.No	2096678	真空計	0~0.1MPa		
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観・・・異常無し



■真空度保持確認 (社内用ダイアフラムポンプ使用:アルバックDA-20D)



保持開始時 : -0.092MPa

45時間後 : -0.092MPa保持

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[2H]	
検査担当者[菊竹]		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日	