

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	VACUUM PUMP	電源・電圧	単相 100V	重量	6Kg
型式	VPUMP-660	周波数	50 / 60HZ		
メーカー名	IWAKI	吸気接続口	1/4		
機械Ser,No	—	排気口	専用フィルター		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	-80KPa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	×
6 確認シール	動作確認シールを貼る。	—



* スイッチONにて起動しませんでした。

* 使用不可と判断致します。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[1.0H]

※スイッチONにて起動しませんでした。

検査担当者[立野]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日