管理番号

NC1165

動作確認チェックシート

検査日	2024年9月9日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3相　200V	冷却法	空冷
型式	2033C2	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	500・600L/min
メーカー名	アルカテル	吸気フランジ	NW40	モーター出力	1.1KW
機械Ser,No	AM662119	排気フランジ	NW40	電流値	4.8A
製造年月	―	規格値（到達圧力）	3×10^{-1}Pa	重量	63Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

＊オイルミストトラップは検査用の為、付属致しません。

到達圧力 ： 4.6×10^{-1}Pa　　電流値 ： 3.49A

＊暖気運転1時間後、再起動時の測定圧力です。

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI　入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業時間［ 2.0H ］

検査担当［　立野　］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

堀内（一）

ASK INDEX