NC1168

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年6月11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3P 200V	冷却法	空冷
型式	2012A	周波数	50 • 60 Hz	排気速度	275 • 330L/min
メーカー名	アルカテル	吸気フランジ	NW25	モーター出力	0.55KW
機械Ser,No	116625	排気フランジ	NW25	電流値	3.5/3.2A
製造年月	_	規格値(到達圧力)	2 × 10 <sup>-1</sup> Pa	重量	28Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(〇×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	0
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	0
3	SW設定	SWの機能は正常か。	0
4	保管•出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	0
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	<b>%</b> 10
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	0







\*オイルミストトラップは動作確認用の為、付属致しません。



※1 到達圧力:4.1×10<sup>-1</sup>Pa



電流値:1.97A

\*暖気運転1時間後、再起動時の測定圧力です。 (規格値にて、ご使用の際はオーバーホールが必要です。) 取扱説明書(無)

## 修理•改造履歴

年月日	修理·改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業時間[2.0H]

検査担当[ 立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

