管理番号

NC1191

動作確認チェックシート

検査日	2024年10月10日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	単相　100ー230	冷却法	空冷
型式	ACP-28G	周波数	50 ・ 60 Hz	電流値	10 / 5A
メーカー名	アディクセン	吸気口径	NW25	排気速度	450L/min
機械Ser,No	629824	排気口径	NW25	回転数	4800rpm
製造年月	2005年	規格値（到達圧力）	3.0 Pa	重量	30Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	性能確認	到達圧力の確認はしたか。	※1　○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

・排気用サイレンサー

＊１到達圧力（N2全閉）　:5.0 Pa

＊N2(2.5L)　::10 Pa

電流値（単相100V）: 7.68 A

＊暖気運転60分後、再起動時の測定圧力です。

取扱説明書（ 無 ）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　[責任者]

動作（ OK ）　　作業時間 [3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日