

動作確認チェックシート

検査日	2024年2月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ウォーターバス	電源電圧	AC100V	
型式	SWB-11A	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	アズワン	槽内容量	15L	
機械Ser.No	221115010	温度設定範囲	室温+5~99℃	
製造年月		ヒーター	1400W	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 槽内に水15L入れて、水温19.0℃設定温度80℃起動、約56分で80℃到達。
- 過昇防止装置、タイマー設定等、問題無し。
- タイマー設定表示、正常表示とは違う、使用は出来る。

本機



正常



過昇防止装置作動



80℃



蓋をして動作



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

