

管理番号

020200

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年4月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空デシケーター				
型式	24GA0型				
メーカー名	アズワン				
機械Ser,No	Lot,No,251017				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2		
3		
4		
5		
6		
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 真空ポンプと連結、下表示まで減圧、1h変化なし。

### 真空ポンプと連結



1h変化なし。



取扱説明書(有)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

