

O20282

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	定量ポンプ(直動ダイヤフラム)	電源電圧	三相200/200・220V		
型式	FXD1-03-VTCF-HWS	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	タクミナ	最大流量	0.3/0.36L/min		
機械Ser.No	15025642				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1

上部タンクから下部容器に0.3L/min以上水排出。



付属品



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

