

管理番号

O20355

動作確認チェックシート




(機械の仕様・規格を記入する。)

検査日	2024年3月4日				
商品名	画像寸法測定機	電源電圧	AC 100V ~240V	測定力	0.3N
型式	IM-7030T	周波数	50/60Hz	測定範囲	0~75mm
メーカー名	KEYENCE	消費電力	430VA以下	最小表示単位	1μm
機械Ser,No	#1C810383	測定可能領域	145mmx95mm	XYステージ	200mmx100mm(電動)
製造年	—	最大測定深さ	30mm	質量	約35kg+約8kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.測定プログラム起動確認⇒イニシャライズ完了問題なし。
- 2.測定プログラムにて実測⇒問題なし。



取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
動作: 0k 作業工数[3.5 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]

