【重要なお知らせ】ASK管理番号No. O20393 ゼータ電位測定器




お問い合わせを頂いたお客様には、基準となる試料をご用意いただき、お客様ご自身での 動作確認をお願い致します。

動作確認は、当社塩山テクニカルセンターとなります。 水やN2などユーティリティはご用意いたします。

装置の現状は以下の通りとなります。

- 1. 電源の入力は問題ありません。
- ソフトウェアも問題ありません。
 但し、OSはWindowsXPです。



3. 電源を入れるとアラームが表示されます。 ユーティリティーとして、水とN2が必要ですが、ユーティリティーのつなぎを していない為、エラーのアラームが表示される考えられます。


【現状写真】













<付属品>

