

管理番号

020394

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年2月21日
名称	測長顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	MM-60
S/N	2202831
年式	—

【外観】



【仕様】

観察法	落射式/透過式	接眼レンズ	CFWN 10x/20
	明視野/暗視野	3軸カウンター	SC-213
照明系	ランプ:EPI 12V 50W	鏡筒	三眼鏡筒
	ランプ:DIA 12V 50W	ガラスステージ	φ 265mm
総合倍率	50x,100x,200x,500x	ステージストローク	—
対物レンズ	CF Plan 5 x/0.15 BD DIC	レボルバー	5個穴手動レボルバ*
	CF Plan 10 x/0.30 BD DIC		
	CF Plan 20x/0.40 BD DIC	その他	デジタルカメラ
	CF Plan 50x/0.55 SD DIC		(COOLPIX 990)
			FLOAT DESK(特許機器)

チェック項目

■ コンディション


評価

総合	SC-213 3軸カウンター駆動用コントローラ が無い為、合否判定確認できない。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
手動レボルバー	問題なし。

取扱説明書:無

【修理・改造履歴】

視野内観察画像



年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:合否判定不可 作業工数[2.5 hr]

※コントローラ付属していない為3軸カウンター未接続

検査担当者[雨宮]

