

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年3月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンベンチ	電源電圧	AC100V	殺菌灯	15Wx2
型式	CCV-1606Eトク	周波数	(50)Hz		
メーカー名	日立	集塵効率	99.99%(0.3 μm)		
機械Ser.No	G231728001	風量(作業室内)	19.4m <sup>3</sup> /min±20%		
製造年月		照明(蛍光灯)	40Wx2		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 照明、殺菌灯点灯。
- 2 庫内にパーティクルカウンター入れて、1分5回測定、平均0.3 μm,1個0.5 μm0個。
- 3 GASランプ点灯、フットSW未取付。
- 4 ガスバナー無し。

吸引流量2.83L/min



取扱説明書(有)

フィルター問題無し



フットSW未使用、作業台下ソケット有。



## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

