

管理番号

030181

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年3月26日
名称	金属顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	OPTIPHOT-150S
S/N	9102575
年式	—

【外観】



【仕様】

観察法	落射式	接眼レンズ	CFWN10x/20
	明視野・暗視野・微分干渉	鏡筒	三眼鏡筒
照明系	ハロゲンランプ100V 50W	各種フィルター	ND8
			ポラライザー・アナライザー
総合倍率	50x,100x,200x,400x1000x	ステージ	6x6 STAGE
			Wafer Stage φ5"
対物レンズ	CF Plan 5x/ 0.13 BD	ステージストローク	X:155mm × Y:155mm
	CF Plan 10x /0.30 BD		
	CF Plan 20x /0.40 BD	レボルバー	5個穴手動レボルバ
	CF Plan 50x /0.80 BD		
	CF Plan Apo 100x/ 0.90 BD		

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	光学系、駆動系問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
手動レボルバー	問題なし。

取扱説明書:無

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[1.5 hr]

検査担当者[雨宮]

