

管理番号

030182

## 工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年11月8日
名称	生物顕微鏡
メーカー	OLYMPUS
型式	BX50F
S/N	4F05533
年式	—

【外観】



【仕様】


観察法	透過	鏡筒型式	三眼鏡筒
照明系(上・下)	ハロゲンランプ 12V/100W	各種フィルター	ND6/ND25
総合倍率	50, 100, 200, 500	微分干渉スライダ	U-TAD/U-TP137
接眼レンズ	WH10×/22	アナライザ	U-AN360P
		ポラライザ	—
対物レンズ	UMPlan FI 5 <sub>x</sub> /0.13 P	ステージ	U-SIC4R
	UMPlan FL 10 <sub>x</sub> /0.30 P	ステージストローク	φ170mm
	UMPlanFI 20 <sub>x</sub> /0.50 P	レボルバー	4個穴手動レボルバ
	UMPlan FI 40 <sub>x</sub> /0.75P	その他	—

視野内画像

チェック項目


■ コンディション	評価
総合	光学系特に問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
手動レボルバー	問題なし。

取扱説明書:無



透過5x

透過10x



透過20x

透過40x

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力  
動作:OK 作業工数[ 1.5 hr ]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[ 雨宮 ]

