

管理番号

030183

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年11月8日
名称	生物顕微鏡
メーカー	OLYMPUS
型式	BX50F-3
S/N	5C03188
年式	—

【外観】



【仕様】


観察法	透過	鏡筒型式	三眼鏡筒
照明系(上・下)	ハロゲンランプ 12V/100W	各種フィルター	LBD/ND6/ND25
総合倍率	50, 100, 200, 500	微分干渉スライダ	U-TAD/U-TP137
接眼レンズ	WH10×/22	アナライザ	U-AN360P
		ポラライザ	—
対物レンズ	UMPlan FI 5 _x /0.13 P	ステージ	U-SIC4R
	UMPlan FL 10 _x /0.30 P	ステージストローク	φ170mm
	UMPlanFI 20 _x /0.50 P	レボルバー	4個穴手動レボルバ [®]
	UMPlan FI 40 _x /0.75P	その他	—

視野内画像

チェック項目


■ コンディション	評価
総合	駆動系、光学系問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
手動レボルバー	問題なし。

取扱説明書:無



透過5x

透過10x



透過20x

透過40x

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
動作:OK 作業工数[1.5 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]

