

管理番号

030321

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年 8月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	自動分注器	電源電圧	DC24V, 75W		
型式	VIAFLO ASSIST	周波数	50/60Hz		
メーカー名	INTEGRA Biosciences AG	大きさ(W×D×H)	370×340×395mm		
機械Ser.No	18111190				
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスト・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 本体のインシャライズ、ピペットホルダー上下動作、プレートステージ左右動作は問題なし。
- 本体とBluetoothで通信する電動ピペット(VIALO II)及び充電アダプタがない。  
また分注元のリザーバまたはストリップチューブ、分注先の96wellプレートまたは代替品もなし。  
電動ピペット用のグリップチップ(消耗品)もない。

電動ピペット(本体とBluetoothで通信)  
& 充電アダプタなし。他欠品あり。

NG

電動ピペット



リザーバor

96wellプレート

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業員

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[ 0.8H]

検査担当者[ 野沢 ]

