管理番号

O30330

動作確認チェックシート

検査日	2024年3月27日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	クリーンベンチ	電源電圧	AC100V	風量	5.0㎥/min
型式	KVM-757	周波数	(50 / 60)Hz	内部コンセント	1個
メーカー名	エアーテック	集塵効率	99.99%(0.3μm)	フットSW	無し。
機械Ser,No	100-004853-1701	照明	LED照明X2	ガスバーナー	無し。
製造年月		殺菌灯	15Wx1		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6			
7			

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　照明、殺菌灯点灯、内部コンセント問題無し。

2　パーティクルカウンター、清浄度1分5回測定、平均0.3μm,0.2個、0.5μm,0個。

3　風量、開口部で風速測定、0.98m/sec、計算上風量5㎥/min以上。

吸引流量2.83L/min

パーティクルカウンター内部

0.98m/sec



開口部610x195で風速測定

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作(OK)　作業工数[1.5 H]

検査担当者[　上田　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日