

動作確認チェックシート

検査日	2024年5月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	真空計(セット)	電源電圧	AC100V	
型式	M-832HG	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	アネルバ	測定子	MG-2	
機械Ser,No	PP073871			
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 真空ポンプに本機、弊社真空計を接続、それぞれ下表示の到達値であった。
- 2 各設定問題無し。

真空ポンプに接続。



本機到達値



弊社真空計到達値



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

