

動作確認チェックシート

検査日	2025年7月1日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ	到達温度	15(K)以下		
型式	CRYO-U16P	フランジ径	VG400		
メーカー名	アルバック	排気速度(Ar)	4200L/S		
機械Ser.No	140184	クライオメーター	MBS-C2		
製造年月	—	重量	61Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・到達圧力: 4.0×10^{-4} Pa

・到達温度: 12K

取扱説明書(無)

* 在庫品コンプレッサーと接続し動作確認致しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

