

動作確認チェックシート

検査日	2024年10月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアシャワー	電源電圧	AC100V	外寸	W1060 D800 H2050
型式	FAS-8017AMR	周波数	50/60Hz	内寸	W770 D590 H1940
メーカー名	日本エアテック	照明	LED照明×1	ノズル数	14個
		エア吹き	側面及び天井面	床	無


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. ドア開閉及びロックOK
2. エア吹き出し及びタイマー機能OK
3. クリーン度測定 エア吹き出し口にて測定 結果0.3 μ =0/CF 0.5 μ =0/CF
4. 照明点灯OK



エア吹き出し及びタイマー機能OK



クリーン度測定OK



照明点灯OK

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

入力
動作(OK) 作業工数[1.5H]
検査担当者[押鐘]
ユーザー名【

(備考欄コメント)

[責任者]

】出荷日 年 月 日

中野