管理番号

O30764

動作確認チェックシート

検査日	2025年6月4日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	クライオポンプ	到達温度	15（K）以下	適合コンプレッサー	C30MT/MV等
型式	CRYO-U12HL	フランジ径	VG300		
メーカー名	アルバック	排気速度(Ar)	3300L/S		
機械Ser,No	0601889	冷却降下時間	90/80 min(50/60Hz)		
製造年月	ー	重量	40Kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・到達圧力：4.4×10^{-4}Pa

・到達温度：専用機器が付属されていない為、未確認。

取扱説明書（ 無 ）　　＊在庫品コンプレッサーと接続し動作確認致しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRADSAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業工数［ 3.5H ］

検査担当者［ 立野 ］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日

穂苅

ASK INDEX