

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ポットミル回転台	電源	100VAC		
型式	—	ワーク部	(長さ)125mm,(幅)70mm		
メーカー名	—				
機械Ser.No	—				
製造年月	—				

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	SWの機能は正常か。			○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)	TP (済・未対象・NG)	BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


1.外観⇒問題なし。

2.回転動作確認⇒問題なし。(回転時間:約7秒)




動作パターン

回転7(S)⇒ガイドUP⇒回転2(S)⇒回転stop⇒ガイドdown




動作パターン

回転7(S)⇒ガイドUP⇒回転stop




動作パターン

回転7(S)⇒ガイドUP⇒回転stop⇒ガイドdown



動作パターン

回転7(S)⇒ガイドUP⇒回転stop



ローラー回転数: 65~68rpm

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

動作:OK

作業工数 [1.5 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

(備考欄コメント)

※長時間の回転は出来ません。

出荷日 年 月 日

[責任者]

