

動作確認チェックシート

検査日	2024年4月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	バイオクリーンベンチ	電源電圧	AC100V	ガスバーナー	無し。
型式	MCV-B91S-PJ	周波数	(50 / 60)Hz	ガスバーナーフットSW付き	
メーカー名	パナソニック	蛍光灯	30Wx2		
機械Ser,No	190012	殺菌灯	15Wx1		
製造年月		集塵効率	99.99% (0.3 μm)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 蛍光灯、殺菌灯点灯。
- 2 作業台コンセント問題無し、パーティクルカウンターからチューブ作業台に入れて、1分5回測定。
- 3 0.3 μ以上平均0個。

作業台にパーティクルカウンター吸引流量2.83L/minからチューブ 各SW,フィルター問題無し



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

