

管理番号

050159

動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月 19日		(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	干渉縞検査装置	主電源電圧	3相 単相 100V 1.0A	ランプ
型式	FNA-35	周波数	50・60Hz兼用	
メーカー名	フナテック(株)	本体部Ser.No.	10523	寿命9000h
本体寸法	約縦350mm×横390mm×高さ~530mm	製造年月	不明	質量 約13.5kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



- 1、外観及び、スイッチ・光源点灯の動作確認実施。 →点灯確認問題ないが、ランプの電極部が少し暗い。
(ランプ点灯積算時間計が付いていない為、実際の積算時間は不明。)
- 2、社内サンプルにて、表面の歪み・縞模様等が目視にて確認出来る事を確認。 →確認OK。



(ナトリウム)ランプの点灯直後の確認



ディスク不良ムラサンプル品での確認



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 動作(OK) 作業工数[3H] 検査担当者[小林(克)] ユーザー名[]	(備考欄コメント)]出荷日 年 月 日	[責任者]
---	-------------------------	-----------