

管理番号

O50172

動作確認チェックシート

ウォーターバス

検査日	2024年5月29日				
型式	IWB-100	定格電圧	AC100V	ヒーター容量	750W
メーカー名	iuchi	定格周波数	50/60Hz	バス寸法	φ210xH130 ^{mm}
機械Ser.No	4606	定格電流	8A	外形寸法 (WxDxHxmm)	約220x3274x135
製造年月	—	温度範囲	5°C~95°C	重量	約1.4kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源投入確認—異常音及び異臭—問題なし。
- 水漏れ確認—水槽に水を約3ℓ注水—問題なし。(底から90mm)
- 温調確認—問題なし。



底から90mmの水量(約3ℓ)



ボリューム50に設定



実温測定



ボリューム70に設定



実温測定



ボリューム90に設定



実温測定

取扱説明書: 有(WebよりDWL)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.0 hr]

検査担当者[雨宮]

※比較用計測機器は付属していません

