

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年6月20日
名称	実体顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	SMZ800
S/N	
年式	—

【外観】



【仕様】


観察法	—	鏡筒型式	双眼鏡筒
照明系	—	フィルター	—
接眼レンズ	C-W10xA/22	ステージ	—
対物レンズ	1x		
総合倍率	10x~63x	ステージストローク	X=約270mm,Y=約220mm
ズーム倍率	1x~6.3x	その他	—

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	内部レンズの汚れが焼き付き 除去できない。
外観	問題なし。
光学系	—
駆動系	若干、アーム送りのハンドルにがたつき有。
照明	—

取扱説明書: 無

視野内画像



ズーム倍率3x画像



首部分解確認

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: NG 作業工数[1.0 hr]

検査担当者[雨宮]

