

管理番号

051236

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	UV光源	電源電圧	1相100~120V	紫外線照射強度	2400mw/cm ²
型式	EX250	周波数	50/60 Hz	冷却方式	強制空冷
メーカー名	HOYA-SCHOTT	消費電力	330W(600VA)	外寸	W235 D250 H310
機械Ser.No	7E182720	ランプ消費電力	250W	重量	約11.5Kg
製造年月	年 月	ランプ型式	250DL		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作確認

SHUTTER:タイマー設定 設定時間:10s

LAMP ON/OFFスイッチ(ONでLAMPランプ点灯)確認

SHUTTER OPENからタイマー作動確認

設定時間経過でSHUTTER CLOSE確認



・通電確認

POWERランプ点灯 確認

タイマー表示 確認

ファン異音無し



・HOUR METER



913.2h

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

