

管理番号

O60040

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年12月6日
名称	液晶デジタル顕微鏡
メーカー	(株)ピクセン
型式	#44347
S/N	—
年式	一年 一 月

【外観】




【仕様】

観察法	透過式	液晶画面	4.3inc
照明系	LED照明 6V/6W		
		ステージ	3.5x3.5inc(88x88mm)
対物レンズ	4x/0.10	ストローク	40x26mm
	10x/0.25	メモリー	SDカード 8GB
	20x/0.40		
	S40x/0.65	コンデンサー	NA 0.65
		レボルバー	4個穴手動レボルバー

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし
外観	問題なし
光学系	問題なし
駆動系	問題なし
照明	問題なし
手動レボルバー	問題なし



試料: 付属品

観察画像



対物レンズ4x



対物レンズ10x



対物レンズ20x



対物レンズ40x

取扱説明書: 有

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[1.5 hr]

検査担当者[雨宮]

