

管理番号

O60056

動作確認チェックシート
(電子天秤)

検査日	2025年 6月 17日				
商品名	台はかり	電源電圧	AC100V	内蔵分銅	無
型式	PLS60K1	周波数	50/60Hz	モード	g・kg・Pcs・%
メーカー名	アズワン	ひょう量	60kg	計量皿サイズ	303x403mm
機械Ser.No	230711519	最小表示	1g	寸法(WxDxH)	303x520x600mm
製造年月	-	通信機能	RS232C (オプションプリンター用)	本体重量	約13.5kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認:問題なし。
2. 弊社所有分銅による計測実施:結果問題なし(下記表による) ※キャリブレーション実施後測定
 - 2-1. 繰り返し性テスト(同じ分銅を10回計量しその誤差を記入(使用分銅20kg、誤差0.000g)
 - 2-2. 直線性テスト(無荷重、最大秤量、中間3点を測定)
 - 2-3. 5ポイント誤差測定(図の場所を測定20kgを使用)




電源投入



繰り返しテスト



直線性テスト



計量皿内誤差測定

繰り返し性テスト(kg)	
1	20.000
2	20.000
3	20.000
4	20.000
5	20.000
6	20.000
7	20.000
8	20.000
9	20.000
10	20.000
最大誤差(0.000g)	

直線性テスト(kg)	
無荷重(0)	0.000
25%(15)	15.000
50%(30)	30.001
75%(45)	45.002
最大秤量(60)	60.002
最大誤差(0.002g)	

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【

】出荷日

年

月

日

