

動作確認チェックシート

検査日	2024年6月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	三相200~230V(Δ)380~460(λ)		
型式	E2M18	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh	80x600x340
メーカー名	エドワーズ	排気量	283.3/340L	吸気	NW25
機械Ser,No	066396744	オイル量	1.05L	排気	NW25
製造年月		到達圧力	1×10^{-1} Pa	重量	39Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 50HZ、三相200V投入、弊社真空度計で0.33Pa以下を確認。1h連続運転。
- オイルミストフィルター付属。
- SA-M オイル使用。

真空計と接続。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

