

動作確認チェックシート

検査日	2024年11月29日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	オートクレーブ(脱泡用)	電源	1φ200VAC	
型式	PTU807 H/V	周波数	50/60Hz	
メーカー名	平山	Capacity	0.4m ³	
機械Ser.No	990260142	消費電力	4.2kW	
製造年月	Feb.1999	開口部(高さ)	約585mm	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


1. 外観⇒問題なし。
2. 電源投入及び通電状態確認⇒問題なし。
3. 各設定スイッチ確認⇒問題なし。
4. 昇圧・昇温確認⇒昇温問題なし(40°C設定制御)。
5. 圧力確認⇒問題なし。
6. 運転～終了動作確認⇒問題なし。



元圧



チャンパー内



可動式棚



運転SW投入



缶内圧力(デジタル表示)



缶内圧力(アナログ表示)



試験行程に移行



脱泡条件②開始



処理終了→缶内排気
(圧力が"0"になったら終了(停止))

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.5 hr]

検査担当者[雨宮]

