

動作確認チェックシート

検査日	2025年9月26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防塵防水電子天秤	電源電圧	AC100V 50/60Hz	最大秤量	3,000g
型式	WPB3K01	サイズ	218*292*227mm	最小表示	0.1g
メーカー名	アズワン	皿サイズ	225*185mm	再現性	±0.1g
本体Ser.No.	—	本体質量	約5.2kg	直線性	±0.1g
製造年月	—	表示	LED	サンプリング速度	20回/秒(変更可)

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○ ※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観確認 : 問題無し

※1 操作パネルの表示部に汚れはあるが、視認性問題無し(右写真)

2 スイッチ確認 : 問題無し

3 加重確認 : 準備 ① 水準器合わせ(定盤上に本体を設置)

準備 ② 電源投入後、30分間エージング*

準備 ③ リニア校正(使用分銅 1kg、2kg、3kg)

結果 ① 偏置確認 問題無し(使用分銅 1kg)

結果 ② 再現性確認 問題無し(使用分銅 1kg)

結果 ③ 直線性確認 問題無し(使用分銅 100g ~ 3kg)

偏置確認(分銅1kg)

1,000.0	1,000.0
1,000.0	1,000.0
1,000.1	1,000.0

再現性確認(分銅1kg)

回数	測定値
1回目	1,000.0
2回目	1,000.0
3回目	1,000.0
4回目	1,000.0
5回目	1,000.0

直線性確認

分銅	測定値g	偏差g
100g	100.0	0.0
300g	300.1	0.1
500g	500.0	0.0
750g	750.0	0.0
1,000g	1,000.0	0.0
1,500g	1,500.0	0.0
2,250g	2,250.0	0.0
3,000g	3,000.1	0.1
2,250g	2,250.0	0.0
1,500g	1,500.0	0.0
1,000g	1,000.0	0.0
750g	750.1	0.1
500g	500.1	0.1
300g	300.0	0.0
100g	100.0	0.0



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5H]

定盤は社内用治具を使用

検査担当者[天野(正)]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

