

管理番号

060448

動作確認チェックシート

検査日	2024年 12月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	イオンスパッタ	電源	AC100v 50/60Hz 500w
型式	JFC-1100	寸法	500x350x420
メーカー	日本電子	ポンプ	アルバック GHD-030
		ターゲット	Au


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済 <u>未対象</u> NG) TP (済 <u>未対象</u> NG) BT (済 <u>未対象</u> 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

装置電源投入して数分で放電可能、ロータリポンプ動作問題なし。

HV CONTROL及びVACUUM調整問題なし。AC/DC切り替えて放電確認問題なし。

* チャンバー内、下面荒れている。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[5H]

検査担当者[横内]

ユーザー名[

] 出荷日

年

月

日

