

管理番号

O60492

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年11月6日
名称	金属顕微鏡
メーカー	OLYMPUS
型式	BH3-MJLT4S2
S/N	6G0233
年式	一年一月

【外観】



【仕様】

観察法	落射式/透過式	鏡筒	三眼鏡筒
	明視野、微分干涉		
照明系	ハロゲンランプ 12V/100W	ガラスステージ	420×305mm
総合倍率	50x.100x.200x.500x	ステージストローク	370mm×255mm
接眼レンズ	WHK10×/20 L(右マイクロメータ付き)		
対物レンズ	NeoSPlan 5 NIC/0.13	レボルバー	5個穴電動レボルバー
	NeoSPlan 10 NIC/0.25	アナライザー	A
	NeoSPlan 20 NIC/0.40	ポラライザー	UPO NIC
	NeoSPlan50 NIC/0.55	フィルター	UTP530
		その他	デジタルカメラ・モニタ

視野内画像

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
手動レボルバー	問題なし。
取扱説明書	なし

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.0 hr]

検査担当者[雨宮]

