

管理番号

060606

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年9月11日					(機械の仕様・規格を記入する。)
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3P 200V	冷却法	空冷	
型式	2010C1	周波数	50・60 Hz	排気速度	162・193L/min	
メーカー名	アルカテル	吸気フランジ	NW25	重量	26Kg	
機械Ser.No	346457	排気フランジ	NW25			
製造年月	—	規格値(到達圧力)	$2 \times 10^{-1}$ Pa			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



\* オイルミストトラップは検査用の為、付属致しません。



※1 到達圧力:  $3.8 \times 10^{-1}$  Pa



電流値: 2.16A

\* 暖気運転1時間後、再起動時の測定圧力です。

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業員

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[ 2.0H ]

検査担当 [ 立野 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

