

管理番号

060639

動作確認チェックシート

検査日	2025年12月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター(ガス置換)	電源電圧	—	ガス置換	有り
型式	GD-S	周波数	—	内寸	上段W560D475H670
メーカー名	アズワン	棚板	SUS6枚		下段W560D475H685
機械Ser.No	71393	キャスター	ストッパー付き	外寸	W580D550H1760
製造年月	年 月	バルブ取付ネジ	Rc1/4x4個	重量	40Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観…異常なし



・動作確認

使用ガス: 圧縮空気(エア)



ガス導入前

・流量計



ガス流量: 5.0L/min



ガス流量: 10.0L/min

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.0H]

検査担当者[Katsuki]

中野

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日