

管理番号

O60669

動作確認チェックシート

検査日	2025年9月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防振台	搭載盤寸法	W1060 D1050		
型式	DLS-1111RK1	外寸	W1120 D1170H 710		
メーカー名	特許機器株式会社	重量	405Kg		
機械Ser.No	QS-8900				
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観…異常なし




・エア供給制御動作確認



エア圧:0.5MPa



エアバック上昇

エア供給前
12mmエア供給後
8mm負荷20Kg搭載し約3時間放置
エアリークなし

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2h]

検査担当者[katsuki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

