管理番号

O60738

動作確認チェックシート

検査日	2024年12月18日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3相　200V	冷却法	空冷
型式	GDH-362	周波数	50 ・ 60 Hz	排気速度	300 / 360L/min
メーカー名	島津エミット	吸気フランジ	NW25	電流値	3.5 / 3.2A
機械Ser,No	727201	排気フランジ	NW25	オイル量	0.8L
製造年月	―	モーター出力	0.75KW	重量	30Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

＊オイルミストトラップは検査用の為、付属致しません

・到達圧力 ： 0.33 Pa　　・電流値 ： 1.8 0 A

＊暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRADAGI入力　　（備考欄コメント）　　［責任者］

動作（ OK ）　　作業工数［ 2.0 H ］

検査担当者［　立野　］

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日