

管理番号

O60745

動作確認チェックシート

検査日	2024年12月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	攪拌機(反応実験セット)	電源電圧	1相 115V	実験セット型式	5712-5000-M-1
型式	EUROSTAR powercontrol-visc	周波数	50/60 Hz	反応容器	5000mL
メーカー名	IKA	回転数	50~2000min ⁻¹	カバー	5ツ口
機械Ser.No		トルク	60 Ncm	外寸	W400D400H1300
製造年月	年 月	使用攪拌羽根径	直径1~10mm	重量	30 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・回転確認

社内測定器(testo460)と比較



約200 rpm



約500 rpm



約1000 rpm



約1500 rpm

・通電確認

電源ランプ点灯 確認

電源ON時から回転START 確認

(最低回転数50rpm)



約2000 rpm

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日



ASKINDEX