

管理番号

060748

# 通電確認チェックシート

検査日	2025年3月18日	(機械の仕様・規格を記入する)			
商品名	カット面検査装置	電源電圧	AC100V	定格出力	30kV 5mA
型式	2991F2	電源周波数	50/60 Hz	X線管	Cu対陰極
メーカー名	リガク	電源電流	5A	ゴニオメータ	-10~110°
機械Ser.No	CD2893N	重量	kg	検出器	S-PC
製造年月	2006年3月	外形寸法	W1500×D870×H1950	係数感度	20,000cps

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	法規制でX線作業主任者のみ操作可能な装置の為、通電のみ確認実施	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—
6 その他	本装置は2025年12月26日でメーカーサポートが終了 (備考欄参照)	—

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



・通電確認

電源SW ON時 POWERランプ点灯、アラーム表示消灯確認



取扱説明書(有/コピー)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

通電動作(OK) 作業工数[ 8H ]

検査担当者[ Usunabe ]

ユーザー名[ ]

(備考欄コメント)

※ 電話対応、訪問サポート、部品販売を含む  
すべてのサポートが終了

出荷日 年 月 日

[責任者]

