

管理番号

060772


動作確認チェックシート

検査日	2024年11月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防振台	フロート部寸法	W500 D640		
型式	60C-0908-0506-2128-DG	外寸	W900D800H750		
メーカー名	倉敷化工				
機械Ser.No	060623				
製造年月	年 月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観



- ・外観確認問題無し
- ・付属のレギュレーターにて圧力調整(0.45MPa)
- ・エア供給後フロート部が浮上する事を確認
- ・負荷30kg(分銅10kg×3)を載せて水平維持確認問題無し


■エア供給動作確認



レギュレーター付属



10kg×3 (30kg)分銅



フロート部浮上

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[菊竹]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

