

管理番号

060803

## 動作確認チェックシート

検査日	2025年 2月 20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コールドライト	電源電圧	1相100-120/200-240V	ランプ型式	JCR15V150W-H5
型式	LA-150UE	周波数	50/60 Hz	外寸	W115D231H130
メーカー名	ハヤシレピック	光量調節	出力電圧可変方式	重量	約2.6Kg
機械Ser.No	053075	可変電圧範囲	DC3-12V/14V	ファイバーケーブル	無
製造年月	年 月	冷却方式	強制ファン冷却		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作確認

調光Sw調整で照度変化確認



目盛:2

目盛:5

目盛:10(Max)

・通電確認

電源スイッチON/OFF 確認

ファン回転確認 異音無し

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025.2.20	ハロゲンランプ交換	Tokunaga

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1h ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

